


Заказчик:	ООО « Ульяновский областной водоканал »	Группа материалов:	ИА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	

Наименование МТР: Стерилизатор паровой ВК 75-01

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Стерилизатор паровой ВК-75-01 Технические характеристики: -управление - полуавтоматическое; -рабочее давление пара в камере - не более 2.2 кгс/см <sup>2</sup> ; -максимальная температура пара - 134 °С; -точность поддержания температуры стерилизации - ±1 °С; -напряжение - 380 В; -частота тока - 50 Гц; -род тока - переменный, трехфазный; -потребляемая мощность - 6 кВт;	Объем стерилизационн ой камеры не менее 75л	1.Обязательная установка с пуско-наладочными работами, с оформлением акта ввода в эксплуатацию. 2. Год выпуска не ранее 2017 г. 3.Возможность самостоятельно установки режимов стерилизации: 110 <sup>°C</sup> -20мин; 120 <sup>°C</sup> -15 мин; 121 <sup>°C</sup> - 20 мин. 4.Применение стерилизатора для стерилизации растворов и питательных сред. 5.Без дефектов ржавчины. 6.Обязательная поверка манометра электроконтактного и мановакууметра.
2	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	В соответствии с паспортом на стерилизатор ВК 75-01		Сопроводительная документация обязательна

ФИО Ответственного	Терещенко Татьяна Ивановна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоснабжения»
Телефон/Факс:	(842 35) 5-57-03
Электронный адрес:	tatiana.tereschenko@gmail.com
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	