

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	133/2018	Код МТР в ЕНС РКС	1087

Бумага индикаторная «MColorpHast™»


Бумага индикаторная «MColorpHast™» должна соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	Бумага индикаторная «MColorpHast™»
Изготовитель	Merck KGaA, Германия
pH 6,5-10	Шаг измерения pH 6,5-6,8-7,1-7,4-7,7-7,9-8,1-8,3-8,5-8,7-9,0-9,5-10,0

При поставке Поставщик должен предоставить Сертификат анализа на бумагу индикаторную (индикаторные полоски). В котором указана дата изготовления и срок годности.

Продукт должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Сертификат (паспорт) должен быть представлен на русском языке.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	