

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	120/2018	Код МТР в ЕНС РКС;	0624,0229,1795,0232,0231,0228,0230

### ЦИЛИНДРЫ МЕРНЫЕ

Цилиндры мерные предназначены для отмеривания нелетучих жидкостей.

Цилиндры мерные должны соответствовать следующим требованиям:

Наименование СИ	Изготовитель (страна, наименование организации)	Тип (марка)	Технические характеристики СИ		
			Объем	Класс точности	Марка
Цилиндры ГОСТ 1770-74	Россияг.Клин ОАО "Химлабприбор" Россия Брянская обл. г.Дятьково ООО"Мини МедПром " Украина Полтавская обл.г.Заводское ОАО"Стекло прибор Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company", Китай	Исп.1 (с носиком и стеклянной подставкой)	10 см <sup>3</sup>	2кл	1-10-2
		Исп.3 (с носиком и пластмассовым основанием)	25 см <sup>3</sup>	2кл	1-25-2
		Исп.3 (с носиком и пластмассовым основанием)	50 см <sup>3</sup>	2кл	1-50-2
		Исп.3 (с носиком и пластмассовым основанием)	100 см <sup>3</sup>	2кл	1-100-2
		Исп.1 (с носиком и стеклянной подставкой)	250 см <sup>3</sup>	2 кл	1-250-2
		Исп.3 (с носиком и пластмассовым основанием)	500 см <sup>3</sup>	2 кл	1-500-2
		Исп.1 (с носиком и стеклянной подставкой)	1000 см <sup>3</sup>	2 кл	1-1000-2


При поставке цилиндров мерных Поставщик должен предоставить Паспорт. Цилиндры мерные должны соответствовать Паспорту. Цилиндры мерные должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения изделий при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя ;
- ГОСТ, по которому изготовлено изделие;
- класс точности;
- клеймо первичной поверки заводом-изготовителем;

Маркировочные данные наносят непосредственно на изделие.

Заказчик имеет право в случае обнаружения существенных недостатков, отклонений от заявленных требований и норм на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	