

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	132/2018	Код МТР в ЕНС РКС	1075

### Пакет для автоклавирования

Пакет для автоклавирования должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:


Наименование показателя	Требования
Размер пакета	450×600
Цвет	бесцветный
Материал пакета	термостойкий полипропилен специальной марки и температурной устойчивостью до 150°C
Изготовитель	НПФ «АБРИС+»

При поставке пакетов для автоклавирования Поставщик должен предоставить сертификат соответствия, инструкцию по эксплуатации.

Паспорт должен содержать отметку завода-изготовителя о дате изготовления, гарантийный срок эксплуатации.

Паспорт должен быть представлен на русском языке.

Пакеты для автоклавирования должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения при перевозке и хранении.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	