

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	20/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0058

### **Фильтры обеззоленные синяя лента диаметр 15,0 см**

Фильтры должны соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	Фильтры обеззоленные
Квалификация	Синяя лента
Производитель	Россия
Диаметр	15,0 см
Тип стандарта	ТУ
Стандарт	6-09-1678-95
Фильтрующая способность	Не более 100 сек
Задерживаемость осадков	Испытание по п.3.5 ТУ 6-09-1678-95


Фильтры изготовлены из фильтровальной бумаги марки ФМ по ГОСТ 12026-76. При поставке фильтров Поставщик должен предоставить паспорт качества. Фильтры должны соответствовать паспорту качества.

Фильтры должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения их при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку с фильтрами типографским способом или, с помощью клише, трафарет. Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	