

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|------|
| Заказчик | ООО «Экопром» | Группа материалов | ИА |
| № опросного листа | 43/2018 | Код МТР в ЕНС РКС | 1174 |

Стандартный образец химического (ХПК) и биологического потребления кислорода (БПК) на основе D-глюкозы и глутаминовой кислоты

Стандартный образец (СО) должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

| Наименование показателя | Требования |
|--|---|
| Наименование | Стандартный образец химического и биологического потребления кислорода в воде |
| Тип, номер, категория | СО 07.14.002 (39 ПК-2) |
| Изготовитель | Служба эталонных материалов ФГУП „ВНИИМ им. Д.И. Менделеева“ г. Санкт-Петербург |
| Химического потребления кислорода (ХПК) | 510 мг/дм ³ |
| Биологического потребления кислорода (БПК) | 225 мг/дм ³ |
| Границы относительной погрешности | ± 3% |

При поставке стандартного образца Поставщик должен предоставить паспорт качества и инструкцию по применению. Стандартный образец должен соответствовать паспорту качества.

Стандартный образец должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.


Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

Требования к фасовке: стеклянная ампула, содержащая не менее 5см³ раствора стандартного образца

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Мошкова Марина Евгеньевна |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоотведения» |
| Телефон/Факс: | (84235) 6-43-95 |
| Электронный адрес: | MMoshkova@ulcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |