

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	117/2018	Код МТР в ЕНС РКС;	1073

ЧАШКА ВЫПАРИТЕЛЬНАЯ ФАРФОРОВАЯ

Чашка выпарительная фарфоровая предназначена для выпаривания жидкостей при выполнении химико-лабораторных работ.

Чашка выпарительная фарфоровая должна соответствовать следующим требованиям:

Наименование	Изготовитель (страна, наименование организации)	Тип	Технические характеристики		
			вместимость см ³	дополнительные сведения	марка
Чашка выпарительная фарфоровая ГОСТ 9147-80	Россия Московская обл.с.Речицы ОАО "Речицкий фарфоровый завод"	№2	50см ³		2
		№3	100см ³		3
		№4	150см ³		4
		№5	250см ³		5
		№6	450см ³		6


При поставке чашек выпарительных фарфоровых Поставщик должен предоставить Паспорт. Чашки выпарительные фарфоровые должны соответствовать Паспорту. Чашки выпарительные фарфоровые должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения изделий при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- вместимость

Маркировочные данные наносят непосредственно на изделие.

Заказчик имеет право в случае обнаружения существенных недостатков, отклонений от заявленных требований и норм на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	