

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	123/2018	Код МТР в ЕНС РКС;	0015

Колбы стеклянные круглодонные

Колбы стеклянные круглодонные предназначены выпаривания в лабораторных условиях

Колбы стеклянные круглодонные должны соответствовать следующим требованиям:

Наименование	Изготовитель (страна, наименование организации)	Тип	Технические характеристики		
			вместимость	Дополнительные сведения	марка
Колбы стеклянные круглодонные ГОСТ 25336-82	Россия п.Васильево АО "Васильевский стекольный завод"	Тип К Круглодонные Исп. 1 с взаимозаменяемым конусом	250 см ³	29/32 (обозначение конуса)	К-1-250-29/32


При поставке колб стеклянных круглодонных Поставщик должен предоставить Паспорт. Колбы стеклянные круглодонные должны соответствовать Паспорту. Колбы стеклянные круглодонные должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения изделий при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- номинальную вместимость.

Маркировочные данные наносят непосредственно на изделие.

Заказчик имеет право в случае обнаружения существенных недостатков, отклонений от заявленных требований и норм на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	