

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	146/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0045

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые
ИНТЕСТ-П-121/20-02


Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые ИНТЕСТ-П-121/20-02

должны соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые ИНТЕСТ-П-121/20-02
Назначение	Оперативный визуальный контроль соблюдения критических переменных процессов паровой стерилизации
Технические характеристики	По классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1 - 4 класс Контроль температуры пара 121/20-02
Изготовитель	ООО «НПФ ВИНАР», г. Москва

При поставке Поставщик должен предоставить Регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Продукт должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении. На упаковке Индикаторов паровой стерилизации должно быть указано: название, номер партии, дата изготовления.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	