

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|------|
| Заказчик | ООО «Экопром» | Группа материалов | ИА |
| № опросного листа | 25/2018 | Код МТР в ЕНС РКС | 0212 |

Стандартный образец состава водного раствора нитрит-ионов

Стандартный образец (СО) должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

| Наименование показателя | Требования |
|---|---|
| Аттестованная характеристика СО | Массовая концентрация нитрит-ионов |
| Тип, номер, категория | ГСО 7021-93 (7А-1) ГСО 7479-98 ГСО 7753-2000 |
| Изготовитель | Россия |
| Аттестованное значение СО | 1,0 г/дм ³ (мг/см ³) |
| Границы относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности 0,95 | ГСО 7021-93 (7А-1) : ±0,8% ГСО 7479-98 : ±1,0% ГСО 7753-2000: ±1,0% |
| Форма выпуска СО | запаенная маркированная стеклянная ампула |
| Объем стандартного образца | не менее 5 см ³ |

При поставке стандартного образца Поставщик должен предоставить паспорт стандартного образца и инструкцию по применению.

Стандартный образец должен соответствовать паспорту.


Стандартный образец должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- срок годности экземпляра СО;
- номер свидетельства об утверждении типа стандартного образца, срок действия типа.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Требования к фасовке: стеклянная ампула, содержащая не менее 5см³ раствора стандартного образца

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Мошкова Марина Евгеньевна |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоотведения» |
| Телефон/Факс: | (84235) 6-43-95 |
| Электронный адрес: | MMochnikova@ulcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |