

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	28/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0205

Стандартный образец состава водного раствора ионов железа

Стандартный образец (СО) должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	стандартный образец состава растворов ионов железа (3)
Тип, номер, категория	ГСО 7254-96 ГСО 8032-94
Изготовитель	Россия
Массовая концентрация ионов железа (3)	1,00г/дм ³
Погрешность аттестованного значения	1%

При поставке стандартного образца Поставщик должен предоставить паспорт стандартного образца и инструкцию по применению.

Стандартный образец должен соответствовать паспорту.


Стандартный образец должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- срок годности экземпляра СО;
- номер свидетельства об утверждении типа стандартного образца, срок действия типа.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Требования к фасовке: стеклянная ампула, содержащая не менее 5см³ раствора стандартного образца

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	