

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	44/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0030

Стандартный образец химического (ХПК) и биологического потребления кислорода (БПК) на основе D-глюкозы и глутаминовой кислоты

Стандартный образец (СО) должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	стандартный образец химического и биологического потребления кислорода в воде
Тип, номер, категория	ГСО 8048-94
Изготовитель	Россия
Химического потребления кислорода (ХПК)	200 мг/дм ³
Биологического потребления кислорода (БПК)	118 мг/дм ³

При поставке стандартного образца Поставщик должен предоставить паспорт качества и инструкцию по применению.

Стандартный образец должен соответствовать паспорту качества.

Стандартный образец должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.


Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

Требования к фасовке: стеклянная ампула, содержащая не менее 5см³ раствора стандартного образца

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	