

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	58/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0617

Стандартный образец имитатора массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах


Стандартный образец должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Наименование	стандартный образец имитатора массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах
Тип, номер, категория	ГСО 8203-2002
Изготовитель	Россия, ООО «Уральский завод химической продукции». Свердловская обл., г. Верхняя Пышма
Массовая концентрация остаточного активного хлора	1000 мг/дм ³
Границы относительной погрешности аттестованного значения СО	± 1,0%

При поставке стандартного образца Поставщик должен предоставить паспорт качества и инструкцию по применению. Стандартный образец должен соответствовать паспорту качества. Стандартный образец должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении. Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет. Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях. Требования к фасовке: стеклянная ампула, содержащая не менее 5см³ раствора стандартного образца

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	