

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	62/2018	Код МТР в ЕНС РКС;	0828;0829;0827;0826;0035; 0104;0082;0083;0106,0105,0824,0188,0187,0032

Пипетки мерные градуированные

Пипетки мерные градуированные предназначены для отмеривания необходимого объема жидкости. Пипетки мерные градуированные должны соответствовать следующим требованиям:

Наименование СИ	Изготовитель (страна, наименование организации)	Тип (марка)	Технические характеристики СИ		
			Объем	Класс точности	Марка
Пипетки мерные градуированные ГОСТ 29227; ГОСТ 29228	Россия г.Клин ОАО "Химлабприбор"	Тип 1 От верхней нулевой отметки до любой отметки Исп.1- прямые; (Исп.2- с расширен.)	1 см ³	2 кл	1-1(2)-2-1
			2 см ³	2 кл	1-1(2)-2-2
			5 см ³	2 кл	1-1(2)-2-5
			10 см ³	2 кл	1-1(2)-2-10
			25 см ³	2 кл	1-1(2)-2-25
	Россия Брянская обл. г.Дятьково ООО"МиниМед Пром "	Тип 2 От любой отметки до сливного кончика Исп.1- прямые; (Исп.2- с расширен.)	1 см ³	2 кл	2-1(2)-2-1
			2 см ³	2 кл	2-1(2)-2-2
			5 см ³	2 кл	2-1(2)-2-5
			10 см ³	2 кл	2-1(2)-2-10
			25 см ³	2 кл	2-1(2)-2-25
	Украина Полтавская обл.г.Заводское ОАО"Стеклоприбор Yancheng City Huaou Industry Ltd. Company", Китай	Тип 3 От верхней нулевой отметки до сливного кончика Исп.1- прямые; (Исп.2- с расширен.)	1 см ³	2 кл	3-1(2)-2-1
			2 см ³	2 кл	3-1(2)-2-2
			5 см ³	2 кл	3-1(2)-2-5
			10 см ³	2 кл	3-1(2)-2-10
			25 см ³	2 кл	3-1(2)-2-25

При поставке пипеток мерных Поставщик должен предоставить Паспорт. Пипетки мерные должны соответствовать Паспорту. Пипетки мерные должны быть упакованы Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения изделий при перевозке и хранении.


Маркировка продукции должна содержать следующие данные:

- товарный знак предприятия-изготовителя ;
- ГОСТ, по которому изготовлено изделие;
- класс точности;

- клеймо первичной поверки заводом-изготовителем;

Маркировочные данные наносят непосредственно на изделие.

Заказчик имеет право в случае обнаружения существенных недостатков, отклонений от заявленных требований и норм на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	