

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИА
№ опросного листа	69/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0385

Индикатор биологический одноразовый для контроля паровой стерилизации

Индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации предназначен для контроля эффективности процесса воздушной стерилизации.


Индикатор биологический одноразовый для контроля воздушной стерилизации должен соответствовать следующим требованиям :

Наименование показателя	Требования
Наименование	Индикатор биологический одноразовый для контроля паровой стерилизации «Биотест-П2-Винар» №154.423.12 ИП
Производитель	ООО «НПФ «ВИНАР»
Стандарт	ГОСТ ИСО 11138-3-2000 ТУ 9398-090-11764404-2011

При поставке индикатора биологического одноразового для контроля воздушной стерилизации поставщик должен предоставить инструкцию по применению .. Продукт должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении. Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет. Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@nlcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	