

| | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|------|
| Заказчик | ООО «Экопром» | Группа материалов | ИА |
| № опросного листа | 78/2018 | Код МТР в ЕНС РКС | 0487 |

Бензойную кислоту

Реактив должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

| Наименование показателя | Требования |
|--|-------------------|
| Наименование | бензойная кислота |
| Производитель | Россия, импорт |
| Квалификация | чда |
| Тип стандарта | ГОСТ |
| Стандарт | 10521-78 |
| Химическая формула | C_6H_5COOH |
| Массовая доля бензойной кислоты, %, не менее | 99,9 |

При поставке реактива Поставщик должен предоставить паспорт качества. Реактив должен соответствовать паспорту качества.


Реактив должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

Маркировка продукции должна содержать следующие данные (на русском языке):

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и адрес;
- наименование и марку продукта;
- нормативный документ на изготовление реактива (ГОСТ);
- номер партии;
- дату изготовления (месяц и год);
- гарантийный срок хранения.

Маркировочные данные наносят непосредственно на упаковку типографским способом или, с помощью клише, трафарет.

Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае обнаружения существенных недостатков, отклонения от заявленных требований и норм, на отказ от товара после его поставки. Поставщик обязан за свой счет заменить бракованный продукт после получения сообщения от Заказчика о выявленных несоответствиях.

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Мошкова Марина Евгеньевна |
| Должность: | Начальник лаборатории «Водоотведения» |
| Телефон/Факс: | (84235) 6-43-95 |
| Электронный адрес: | MMoskova@ulcomsys.ru> |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |