

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	97/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0118

**Лампа спектральная с полым катодом ЛС**

**для определения никеля**

Спектральная лампа с полым катодом ЛС предназначена для использования в качестве источника излучения резонансных линий атомов химических элементов в атомно- абсорбционных спектрофотометрах.

Лампы, в зависимости от модификации снабжены цоколем ВЦ-8 или штырьками ШП4.


Лампа должна соответствовать следующим требованиям:

Наименование показателя	Требования
Элемент, спектр которого излучается лампой	Ni
Напряжение зажигания, В	500
Рабочий ток, мА	40/450
Максимально допустимый ток, мА	50/600
Время разогрева лампы, мин	10-30
Род наполняемого газа	неон
Наработка ламп в номинальном режиме	не менее 1500мА/час
Нормативный документ на изготовление	ТУ-48-18-29-91

При поставке прибора Поставщик должен предоставить паспорт с указанием выше перечисленных технических данных. Паспорт должен содержать отметку завода - изготовителя о соответствии прибора техническим показателям.

В Паспорте должны быть чертеж лампы с габаритными размерами, номер и дата выпуска.

Прибор должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	