

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	1/2018	Код МТР в ЕНС РКС	1077

Термодатчик

для лабораторного рН-метра модели рН-211

Термодатчик должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Марка термодатчика	HI 7669/2
Изготовитель	HANNA Instruments


При поставке термодатчика Поставщик должен предоставить паспорт с указанием технических данных.

Паспорт должен содержать отметку завода-изготовителя о первичной поверке.

В Паспорте должны быть указаны гарантийные обязательства.

Паспорт должен быть представлен на русском языке.

Термодатчик должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	