

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	87/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0402

Гиря калибровочная 500 г, F1 (стальная)

Гиря F1 используются для поверки и юстировки (калибровки) гирь класса F2, для проверки правильности работы весов.

Гиря калибровочная должна соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Марка гири	F1 (стальная)
Вес гири	500 г
Класс точности гири	F1
Материал гири	стальная хромированная
Форма	цилиндрическая гиря с головкой и подгоночной плотностью
Погрешность	+/- 2,5 мг
Нормативный документ на изготовление гири	ГОСТ 7328-82


При поставке гири Поставщик должен предоставить паспорт с указанием технических данных.

Паспорт должен содержать отметку завода-изготовителя о первичной поверке (калибровке).

В Паспорте должны быть указаны гарантийные обязательства.

Паспорт должен быть представлен на русском языке.

Гиря должна быть упакована Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения ее при перевозке и хранении.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	