

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	91/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0157

**Комбинированный заполняемый стеклянный рН-электрод**

**для лабораторного рН-метра модели рН-211**

Электрод должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Марка электрода	HI 1131B
Изготовитель	HANNA Instruments


При поставке электрода Поставщик должен предоставить паспорт с указанием технических данных.

Паспорт должен содержать отметку завода-изготовителя о первичной поверке.

В Паспорте должны быть указаны гарантийные обязательства.

Паспорт должен быть представлен на русском языке.

Электрод должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения его при перевозке и хранении.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMosikova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	