

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	92/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0440

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ

Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры высокостабильной температуры.

Термостат должен соответствовать следующим требованиям:

Наименование показателя	Требования
Марка	ТС-1/80 СПУ
Объем рабочей камеры	80 л
Диапазон регулируемых температур, °С	(токр. +5) ... +60
Дискретность задания температур, °С	1
Точность поддержания температуры в опорной точке рабочей камеры термостата в рабочем режиме, °С	±0,3
Предельное отклонение температуры по объему камеры, °С	±1
Напряжение сети: Частота:	220В±10% 50Гц±1%
Максимальная потребляемая мощность:	не более 250 Вт
Габаритные размеры рабочей камеры (ширина/высота/глубина), мм	393х496х396 мм


При поставке термостата Поставщик должен предоставить паспорт с указанием технических характеристик.

Паспорт должен содержать отметку о приемке изделия на заводе-изготовителе.

В Паспорте должны быть указаны гарантийные обязательства

Паспорт должен быть представлен на русском языке.

Термостат должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения изделия при перевозке и хранении.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	