

Заказчик	ООО «Экопром»	Группа материалов	ИБ
№ опросного листа	93/2018	Код МТР в ЕНС РКС	0796

Набор гирь (разновес) Г4-1111.10, 4 класс точности

Гири предназначены для технических анализов.

Набор гирь должен соответствовать следующим требованиям и показателям качества:

Наименование показателя	Требования
Марка	Г4-1111.10, 4 класса точности
Класс точности	4 класс
Нормативный документ на изготовление	ГОСТ 7328-82
Номинальное значение массы гирь	10 мг(1шт.); 20 мг (2шт.); 50 мг(1шт.); 100 мг(1шт.); 200 мг (2 шт.); 500 мг(1шт.); 1 г(1шт.); 2 г (2шт.); 5 г(1шт.); 10 г(1шт.); 20 г(2шт.); 50 г(1шт.)
Материал	сталь углеродистая и латунь
Габаритные размеры футляра,мм	160*90*78
	ГОСТ 7328-82


При поставке набора гирь Поставщик должен предоставить паспорт с указанием технических данных.

Паспорт должен содержать отметку завода-изготовителя о первичной поверке (калибровке).

В Паспорте должны быть указаны гарантийные обязательства.

Паспорт должен быть представлен на русском языке.

Набор гирь должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить возможность порчи, повреждения или уничтожения при перевозке и хранении.

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMosnkova@ulcomsys.ru>
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	