


Заказчик:	ООО «Экопром»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:	127/2018	Код МТР в ЕНС РКС:	1909

Наименование МТР: **Мойка лабораторная глубокая (правая)**

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Мойка		Цельнотянутая нержавеющая сталь
1.2	Габаритные размеры стола:	мм	1200×610×900
1.3	Размер чаши:	мм	400×400
1.4	Глубина чаши:	мм	300
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Смеситель		Специальный лабораторный смеситель
2.2	Тумба		Изготовлена из металла окрашена порошковой краской
2.3	Дверки тумбы		Изготовлены из металла окрашена порошковой краской
2.4	Фасады стола		Влагостойкие и коррозионнонеактивные материалы

ФИО Ответственного	Мошкова Марина Евгеньевна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоотведения»
Телефон/Факс:	(84235) 6-43-95
Электронный адрес:	MMoshkova@ulcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	