

Заказчик:	ООО « Ульяновский областной водоканал »	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:	3.	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ1234

Наименование МТР: Измеритель температуры и влажности

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Измеритель температуры и влажности	шт	Наличие первичной поверки
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
			Техническая документация: - паспорт на русском языке, с отметкой о приемке; - руководство по эксплуатации прибора - производитель .

3. Характеристики

Вывод данных измерений	ЖКИ, 2 строки
Температура хранения	-40 ... +70 °С
Рабочая температура	0 ... +50 °С
Тип батареи	9 В батарейка
Ресурс батареи	приблиз. 1 год
Размеры	Не более, мм , 111 x 90 x 40 мм
Вес	Не более ,168 г
Материал корпуса	ABS
Сенсор влажности	
Диапазон измерений	10... 95 % отн.влажн.
Погрешность	±3 % отн.влажн. (10 ... 95 % отн.влажн.)

Разрешение	0.1 % отн.влажн.
Измерение температуры окружающего воздуха	
Диапазон измерений	0 ... +50 °C
Разрешение	0.1 °C

ФИО Ответственного	Терещенко Татьяна Ивановна
Должность:	Начальник лаборатории «Водоснабжения»
Телефон/Факс:	(842 35) 7-17-03
Электронный адрес:	tatiana.tereschenko@gmail.com
Подпись:	